



**MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ**  
**Estado do Paraná – Palácio São José**  
**Secretaria Municipal de Abastecimento e Almojarifado Central**  
**SEMAC**

**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017**  
**PROCESSO Nº 19.740/2016**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ COMUNICA A TODOS OS INTERESSADOS QUE HOUE RETIFICAÇÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

**ONDE SE LÊ: 3. DO PREÇO E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LOTE 02 - OBJETO E ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 02 - OBJETO**

Decibelímetro (medidor de nível sonoro com filtro de banda com certificado de calibração) tipo 1, classe 1, com display alfanumérico de cristal líquido, Medição: SPL, LEQ, SEL, DOSE e **DOSE projetada**. Certificado de Calibração deverá ter durabilidade de 12 meses após a aquisição do equipamento. Medição de tempo de reverberação, resposta rápida, análise de frequência, indicação de bateria fraca, exibição de data e hora em tempo real, saída analógica: 20 mV DC / dB, filtro de banda oitava: 16 Hz a 16 kHz filtro de banda de terça de oitava: 16 Hz a 20 kHz, alimentação: 4 pilhas (A) de 1,5 V, com manual de instruções e estojo para transporte. Tipo 1, classe 1, com display alfanumérico de cristal líquido, Medição: SPL, LEQ, SEL, DOSE e DOSE projetada. Medição de tempo de reverberação, resposta rápida, análise de frequência indicação de bateria fraca, exibição de data e hora em tempo real, saída analógica: 20mV DC / dB, filtro de banda de oitava: 16Hz a 16kHz, filtro de banda de terça de oitava 16Hz a 20kHz, alimentação: 4 pilhas (A) de 1,5 V, com manual de instruções e estojo para transporte.

**LEIA SE: 3. DO PREÇO E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LOTE 02 - OBJETO E ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 02 - OBJETO**

Decibelímetro (medidor de nível sonoro com filtro de banda com certificado de calibração) tipo 1, classe 1, com display alfanumérico de cristal líquido, Medição: SPL, LEQ, SEL, DOSE . Certificado de Calibração deverá ter durabilidade de 12 meses após a aquisição do equipamento. Medição de tempo de reverberação, resposta rápida, análise de frequência, indicação de bateria fraca, exibição de data e hora em tempo real, saída analógica: 20 mV DC / dB, filtro de banda oitava: 16 Hz a 16 kHz filtro de banda de terça de oitava: 16 Hz a 20 kHz, alimentação: 4 pilhas (A) de 1,5 V, com manual de instruções e estojo para transporte. Tipo 1, classe 1, com display alfanumérico de cristal líquido, Medição: SPL, LEQ, SEL, DOSE e DOSE projetada. Medição de tempo de reverberação, resposta rápida, análise de frequência indicação de bateria fraca, exibição de data e hora em tempo real, saída analógica: 20mV DC / dB, filtro de banda de oitava: 16Hz a 16kHz, filtro de banda de terça de oitava 16Hz a 20kHz, alimentação: 4 pilhas (A) de 1,5 V, com manual de instruções e estojo para transporte.

Sendo assim fica prorrogada a data de abertura para o dia 12/05/2017 às 09:00 horas. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA PREGOEIRA, RUA JÚLIA DA COSTA, 322 – CENTRO, NO HORÁRIO DAS 11:30 ÀS 17:30H OU PELO TELEFONE Nº (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 26 DE ABRIL DE 2017

**NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA DA SILVA**  
Pregoeira